

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS DIRECCION GENERAL DE ENERGIA DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD RADIOLÓGICA

Toda sala Fluoroscópica, Tomográfica y Radiología Intervencionista, debe contar con la luz de advertencia de Protección Radiológica y el Símbolo Internacional de Radiación

